

# Morso monouso per controllo orale

**REF 4000-X**



## Foglio illustrativo

### Contenuto:

- (1) Morso monouso

**Istruzioni:** Utilizzare un morso quando si esegue la cura orale su pazienti con livelli alterati di coscienza. Collocare la parte imbottita del morso tra i denti. Se i denti sono chiusi saldamente, non tentare di aprire la bocca o di inserire il morso con la forza. Smaltire dopo l'uso.

### Attenzione:

Potrebbe funzionare in modo inaspettato/vi è un rischio potenziale di contaminazione incrociata, in caso il dispositivo sia riutilizzato. Verificare che la schiuma sia intatta dopo l'uso. In caso contrario, eliminare eventuali frammenti dal cavo orale.

Non prodotto con lattice di gomma naturale.

Monouso.

Morso: MDD 93/42/EEC

## Specifiche

Nome del prodotto	Morso monouso
Codice prodotto	4000-X
Descrizione	Morso imbottito da utilizzare su pazienti con livelli alterati di coscienza
Accreditamento del fabbricante	ISO 13485:2016
Lunghezza del morso	15,9 cm
Larghezza del morso	3,2 cm
Composizione della testina in spugna	Spugna di polietilene reticolato chimicamente
Quantità per confezione	144

### Il presente documento è destinato esclusivamente all'uso da parte di professionisti sanitari.

Il professionista sanitario deve sempre basarsi sul proprio giudizio clinico professionale al momento di scegliere se utilizzare un prodotto particolare per il trattamento di un paziente specifico. Stryker non fornisce indicazioni di carattere medico e si raccomanda che i professionisti sanitari ricevano la formazione sull'uso di ogni prodotto specifico prima di utilizzarlo.

Le informazioni presentate hanno lo scopo di dimostrare l'ampiezza dell'offerta di prodotti Stryker. Prima di utilizzare un prodotto Stryker, il professionista sanitario deve sempre consultare il foglio illustrativo, l'etichetta e/o le istruzioni del prodotto.

I prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati, in quanto la disponibilità dei prodotti è soggetta ai requisiti normativi e/o alle prassi mediche dei singoli mercati. In caso di domande sulla disponibilità dei prodotti Stryker nella propria zona, rivolgersi al rappresentante Stryker locale.

Stryker Corporation o le relative divisioni o altre società affiliate possiedono, utilizzano o hanno presentato domanda di registrazione dei seguenti marchi commerciali o marchi di servizio: Stryker, Perox-A-Mint. Tutti i marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari o detentori.

I prodotti raffigurati sono a marchio CE ai sensi delle Normative e delle Direttive UE vigenti.

Il presente documento non è destinato alla distribuzione al di fuori della UE e dei Paesi EFTA.



Sage Products LLC  
3909 Three Oaks Road  
Cary, IL 60013 USA  
t: 0808 189 0456

[sageproductsglobal.com](http://sageproductsglobal.com)

25771-IT  
Copyright © 2018 Stryker